

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ СП 0559731

Действительно до: " 20 " 06. 2018 г.

Эталон (средство измерений) Теплосчетчик КМ-5  
Наименование и тип (если в состав средства измерений)

в составе: КМ 5-4 Ду 40 мм № 55666, ППС-5 Ду 40 мм № 55555  
*входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)*

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия  
и номер имеются) *отсутствуют*

заводской номер (номера) 55666

принадлежащее ТСЖВСК "ПЕРОВСКАЯ 22 КОРП 2", ИНН 7720267106  
*Наименование юридического (физического) лица, ИНН*

поверено в соответствии с МП 4218- 010- 42968951-2010  
*Наименование и номер документа на методику поверки*

с применением эталонов: Имитатор термопреобразователей  
*Наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность*

сопротивления МК 3002 №127 КТ 0,005; УП «Взлет ПУ» №080019  $\delta \pm 0,3\%$

при следующих значениях влияющих факторов \_\_\_\_\_  
*приводят перечень влияющих*

$T=20,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  RH=44% P= 744 мм рт.ст.

*факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо  
Начальник лаб. №442  
*Должность руководителя подразделения*

Поверитель С.Н. Ненашев  
*Инициалы, фамилия*

" 20 " 06. 2014 г.



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ СП 0559730

Действительно до: " 20 " 06. 2018 г.

Эталон (средство измерений) Теплосчетчик КМ-5  
Наименование и тип (если в состав средства измерений)

в составе: КМ 5-2 Ду 80 мм № 28541, ППС-5 Ду 80 мм № 28506  
*входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)*

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия  
и номер имеются) *отсутствуют*

заводской номер (номера) 28541

принадлежащее ТСЖВСК "ПЕРОВСКАЯ 22 КОРП 2", ИНН 7720267106  
*Наименование юридического (физического) лица, ИНН*

поверено в соответствии с МП 4218- 010- 42968951-2010  
*Наименование и номер документа на методику поверки*

с применением эталонов: Имитатор термопреобразователей  
*Наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность*

сопротивления МК 3002 №127 КТ 0,005; УП «Взлет ПУ» №080019  $\delta \pm 0,3\%$

при следующих значениях влияющих факторов \_\_\_\_\_  
*приводят перечень влияющих*

$T=20,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  RH=44% P= 744 мм рт.ст.

*факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо  
Начальник лаб. №442  
*Должность руководителя подразделения*

Поверитель С.Н. Ненашев  
*Инициалы, фамилия*

" 20 " 06. 2014 г.

